

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku
ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
tel.: 77 4067890,
NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467

Prudnik dn. 2016.02.23

WYJAŚNIENIA/MODYFIKACJE DO SIWZ

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku.”

Nr postępowania: **1/II/2016**

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

PYTANIA 1:

Pakiet 2 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 2 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Pakiet 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radioceniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy

Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G (szara) o długości 150mm z możliwością wprowadzania do igły Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokującym SAFEWAY, z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10mm

Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

Łącznik do cewnika epiduralnego

Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta

Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

ODPOWIEDZI 1:

Ad. Pakiet 2 pozycja 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. Pakiet 12 pozycja 1.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 2:

Pytanie nr 1 – Dotyczy pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego produkt **równoważny**, uwzględniając szerokość taśmy od 1,0cm do 1,1cm?

ODPOWIEDZ 2:

Ad. Pytanie nr 1 – Dotyczy pakiet nr 10

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 3:

1. Czy zamawiający w pakiecie nr10 w pozycji 1 dopuści system taśmowy do leczenia WNM przez otwory zasłonowe metodą „ out-in” o średnicy 3mm z uchwytami, długości taśmy 50cm i szerokości 1,25 . Taśma bez koszulki foliowej.

ODPOWIEDZ 3:

Ad. 1. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 4:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** cewnika w rozm. 8F?
Pozostałe parametry bez zmian. Dopuszczenie powyższego cewnika umożliwi złożenie korzystnej oferty.

ODPOWIEDZ 4:

Ad 1. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA 5:

1. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycja nr 1: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania 110 opakowań testów biologicznych (każde opakowanie 100 sztuk)?
2. Dotyczy Pakietu nr 9, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
3. Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1, punkt b) oraz c): Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysokości kar zarówno w przypadku opóźnienia w dostawie jak i zwłoki w wymianie wadliwego produktu do 2% wartości zamówienia.
4. Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 2: Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 30% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie”. Wykonawca we wskazanej sytuacji zostanie już obciążony karami przewidzianymi w §7, ust.1.b oraz ewentualną różnicą w cenie w razie zakupu interwencyjnego.

ODPOWIEDZI 5:

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
Ad. 2. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
-

PYTANIA 6:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 4. Elektroda neutralna dzielona.

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane w opakowaniu zbiorczym 50szt?

ODPOWIEDZ 6:

Ad. Pytanie 1.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA 7:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10:

- 10 szt. systemów taśmowych do leczenia WNM, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez szybkozłączy, bez dodatkowej nici, oraz
- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?
-

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDZ 7:

Ad. 1. Nie zamawiający nie dopuszcza.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje - stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem