



Prudnickie Centrum Medyczne S.A.

48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14
www.pcm.prudnik.pl

Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku
ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
tel. 77 4067890
NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467

Prudnik, 27.06.2018r.

Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert

Nr postępowania: 02/06/2018

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

Pytanie nr 1; dot. cz. 3 I; lp. 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie pulsu 25-250 bpm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2; dot. cz. 3 I; lp. 8

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor gdzie są trendy graficzne i tabelaryczne: wszystkich mierzonych parametrów, 1000 pomiarów NIBP, oraz o ilości 700 zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3; dot. cz. 3 I; lp. 14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dobrej klasy bez chłodzenia konwekcyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4; dot. cz. 3 II; lp. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wymiarach L x W x H cm: 36x18x30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5; dot. cz. 1; lp. 8

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z Trendami graficznymi i tabelarycznymi: wszystkich mierzonych parametrów, 1600 NIBP oraz 1800 zdarzeń alarmowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6; dot. cz. 1; lp. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pulsu 20-250 bpm?

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

48-200 Prudnik ul. Szpitalna 14 tel: 77 4067890 fax: 77 4067872
NIP: 7551839682 REGON: 532448467

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000215463
Kapitał zakładowy 10 104 050,00 zł. Kapitał zakładowy wpłacony 10 104 050,00 zł
www.pcm.prudnik.pl email: pcm@pcm.prudnik.pl



Prudnickie Centrum Medyczne S.A.

48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14
www.pcm.prudnik.pl

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7; dot. cz. 1; lp. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez wyjścia VGA do zewnętrznego monitora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8; dot. cz. 3 I; lp. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pulsu 20-250 bpm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9; dot. cz. 3 I; lp. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez wyjścia VGA do zewnętrznego monitora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10; dot. cz. 3 II; lp. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wymiarach: (szer.wys.gł.) 310x240x190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11; dot. cz. 3 II; lp. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny przeznaczony do pracy w temperaturze 5 ~ 35 C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert.

Zatwierdził:

.....
Przesz Zarządu
Prudnickiego Centrum Medycznego
Spółka Akcyjna w Prudniku
Wiesława Gajewska

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

48-200 Prudnik ul. Szpitalna 14 tel: 77 4067890 fax: 77 4067872

NIP: 7551839682 REGON: 532448467

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000215463

Kapitał zakładowy 10 104 050,00 zł. Kapitał zakładowy wpłacony 10 104 050,00 zł

www.pcm.prudnik.pl email: pcm@pcm.prudnik.pl