

ZAMAWIAJĄCY:

Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku
ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
Tel.77/4067890

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.*) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 221 tys. euro.

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku informuje, że w postępowaniu na:
„Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych, gipsów i pampersów dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku.”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

część 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów brzuszno - kroczywych w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (wymiar wzmacnienia - 75 x 190 cm)

4 ręczniki 30 x 40 cm wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej

1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm ze wzmacnieniem włókninowym

1 serweta główna 260 cm x 310 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m²- zdolność absorpcji płynu 200 ml/m², dodatkowo wzmacniona w obszarze krytycznym, gramatura obszaru wzmacnionego 109,5g/m²- zdolność absorpcji płynu 405 ml/m² (materiał podstawowy plus wzmacnienie). Serweta główna posiada zintegrowane osłony na kończyny dolne o długości 125 cm, otwór w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z taśmą lepną min. 5 cm szeroką naokoło otworu posiadającą zakładki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach, otwór na krocze 10 cm x 15 cm z taśmą lepną dookoła i z włókninową zintegrowaną prostokątną osłonką posiadającą pasek lepny.

Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu oznaczenie wskaźnika sterylizacji. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentalny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2

część 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wymiar wzmacnienia - 75 x 190 cm)

2 ręczniki 30 cm x 40 cm wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmacnieniem włókninowym

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z elastycznym samouszczelniającym otworem 6 cm i 7 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, zaworem do podłączenia drenu i zabezpieczeniami zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach drutów usztywniających torbę do zbiórki płynów, z dwoma uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz zintegrowanym uchwytem typu Velcro (rzep) do mocowania przewodów.

1 osłona ortopedyczna na kończyne o rozmiarach 33 cm x 55 cm z materiału 2-warstwowego (PP + PE) o min. gramaturze 57,5 g/m², wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa, na zewnątrz folia polietylenowa

1 taśma nieprzemakalna (folia PE) samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna o rozmiarze 150 cm x 180 cm wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

Serweta główna wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m², zdolność absorpcji płynu 200 ml/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu oznaczenie wskaźnika sterylizacji, dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3

część 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wymiary wzmocnienia - 75 x 190 cm)

4 ręczniki 30 cm x 40 cm wykonane ze wzmocnionej włókniny celulozowej

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym

1 serweta samoprzylepna (z dzieloną taśmą samoprzylepną o długości 100 cm) w rozmiarze 150 cm x 250 cm ze zintegrowanymi uchwytami mocującymi do przewodów i drenów

1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 175 cm x 180 cm

2 serwety samoprzylepne w rozmiarze 90 cm x 75 cm

1 taśma mocująca włókninowa 9 cm x 50 cm

Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m², zdolność absorpcji płynu 200 ml/m². Wszystkie serwety posiadają dodatkowe wzmocnienia w strefie krytycznej wokół o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych 109,5 g/m², zdolność absorpcji płynu 405 ml/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie). Odporność na przenikanie cieczy powyżej 125 cm H₂O. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu oznaczenie wskaźnika sterylizacji. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 4

część 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (grubość folii 50 µ, wymiary wzmocnienia - 75 x 190 cm)

4 ręczniki 30 cm x 40 cm wykonane ze wzmocnionej włókniny celulozowej

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm

1 serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m² (zdolność absorpcji płynu 200 ml/m²) z otworem w okolicach jamy brzusznej 27 cm x 33 cm, otoczonym folią operacyjną z taśmą lepłą na węższych bokach otworu, posiadającą zakładki typu "fingerlift" do

łatwego odlepienia w rękawicach, zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem i zabezpieczeniami zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach sztywników znajdujących się na torbie do zbiórki płynów oraz osłonę podpórki na kończynie górne. Otwór z okalającą go folią operacyjną zabezpieczony papierem. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu oznaczenie wskaźnika sterylizacji, dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 5

część 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażonego w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), w części przedniej 42 g/m² i na rękawach 40,5 g/m², – odporność na przenikanie cieczy 123 cm H₂O (część przednia- strefa krytyczna) oraz 194 cm H₂O (rękawy - strefa krytyczna). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety wykonane z poliestru, rękaw prosty. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Fartuch dostępny w rozmiarach S/M, L, XL. Na opakowaniu zewnętrznym oznaczenie wskaźnika sterylizacji, dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 6

część 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m², odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, zdolność absorpcji płynu- 200 ml/m²? Produkt bezlateksowy, brak piktogramu na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7

część 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m², odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, zdolność absorpcji płynu - 200 ml/m²? Produkt bezlateksowy, brak piktogramu na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8

część 2 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 50 cm, wykonanej z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m², odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, zdolność absorpcji płynu - 200 ml/m²? Produkt bezlateksowy, brak piktogramu na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9

część 2 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 75 cm, wykonanej z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m², odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, zdolność absorpcji pływu - 200 ml/m²? Produkt bezlateksowy, brak piktogramu na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 10

część 2 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem o średnicy 6 cm, z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m², odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, zdolność absorpcji pływu - 200 ml/m²? Produkt bezlateksowy, brak piktogramu na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11

część 2 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90 x 110 cm lub 150 x 180 cm, z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m², odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O, zdolność absorpcji pływu - 200 ml/m²? Produkt bezlateksowy, brak piktogramu na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 12

część 2 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych dostępnych w rozmiarach Sv- XXL, w kolorze zielonym? Rękawy i nogawki bez obszycia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13

część nr 1 poz. 1-6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie poz. 1-6 z Części nr 1 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw opasek gipsowych oraz podgipsowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wydzieli z Części 4 pozycje 12 - 19 i utworzy z nich osobną Część na gazę i kompresy co zwiększy konkurencyjność postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Części 4 poz. 20-22 opaski poliestrowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści w Części 4 poz. 14 gazę 17n?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści w Części 4 poz. 14 gazę w roli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Czy zamawiający wymaga w Części 4 poz 12-14 gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19

Czy zamawiający wymaga w Części 4 poz 12-14 gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 20

Czy zamawiający wymaga w Części 4 poz 12-14 gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079: 17 g/m² dla 13 nitkowych oraz 23 g/m² dla 17 nitkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

część nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 14 cm x 3m. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

część nr 1 poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski podgipsowych spełniającej wymagania SIWZ pakowanych w opakowania a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wydzieli z Części nr 1 (1 pakiet zamówienia) pozycji: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym firmom, które specjalizują się w sprzedaży pieluchomajtek i nie posiadają w swojej ofercie handlowej pozostałego

asortymentu w pakiecie. Wydzielenie tych pozycji przełoży się na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej oraz uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego w Szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 10): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 3-6kg, o chłonności co najmniej 338g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 11): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, o chłonności co najmniej 466g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 12): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg, o chłonności co najmniej 532g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 12): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg, o chłonności co najmniej 570g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 13): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg, o chłonności co najmniej 570g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 13): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg, o chłonności co najmniej 590g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 14): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg, o chłonności co najmniej 590g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycje: 10, 11, 12, 13, 14): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 7): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o maksymalnym obwodzie produktu aż 170cm i rekomendowanym obwodzie 110-160cm, o chłonności co najmniej 3050ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; bariereki skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu), pakowane a'28 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 8): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L, o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie 92-144cm, o chłonności co najmniej 3050ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; bariereki skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycja: 9): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M, o maksymalnym obwodzie produktu aż 130cm i rekomendowanym obwodzie 73-122cm, o chłonności co najmniej 2850ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100%

oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; barierki skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 1; pozycje: 7 ,8, 9): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 36

część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki pakowane a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

część 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszule pakowane a'10 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

część 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręczniczkami w rozmiarze 30,5 x 34cm, pozostałe składowe i parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

część 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serweta główną 160/240cm x 180cm zintegrowaną z torbą na płyny o wymiarach 35x50cm, pozostałe składowe i parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

część 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w całości foliowy w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

część 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w całości włókninowy w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

część 4, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

część 4, pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

część 4, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy pakowany a'12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

część 4, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy pakowany a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

część 4, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści przylepiec ze sztucznego jedwabiu pakowany a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

część 4, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

część 5, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

część nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

część nr 4, poz. 20-22

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą poliestrową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 52

część nr 4, poz. 33-40

Czy Zamawiający oczekuje opakowania zawierającego 25 mb produktu (w stanie rozciągniętym)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje 25 mb produktu w stanie rozciągniętym.

Pytanie nr 53

projekt umowy, par. 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

projekt umowy

Czy Zamawiający za dni-robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 56

część nr 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Serweta bez przylepca 130x90 cm – 1 szt.
- NOŻYCHY DO CIĘCIA PĘPOWINY 10,5cm – 1 szt.
- KLESZCZYKI META.KOCHER 14CM – 1 szt.
- Serweta z włókniny kompresowej 50 g, 80x60 cm – 1 szt.
- Serweta z włókniny kompresowej 40 g, 30x30 cm – 3cm
- Podkład chłonny 90x60cm – 2 szt.
- CZAPECZKA DLA NOWORODKA BAWĘŁNA 100% - 1 szt.
- Kompresy Gazowe 17N , 12W 10x10 cm – 10 szt.
- NOŻYCHY METALOWE DO CIĘCIA KROCZA 18CM – 1 szt.
- Podkład ginekologiczny 34x9 cm – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Uwaga:

Zmianie ulega termin składania ofert:

Było: 26.07.2018r. godz. 11:00

Jest: 30.07.2018r. godz. 11:00

Zmianie ulega termin otwarcia:

Było: 26.07.2018r. godz. 11:15

Jest: 30.07.2018r. godz. 11:15

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ

Z poważaniem


Prezes Zarządu
Prudnickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku
Wiesława Gajewska